

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



## ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα  
Τηλέφωνα: 210 529 4926  
E-mail: [olga.defingou@aua.gr](mailto:olga.defingou@aua.gr)

Αθήνα, 30/03/2022  
Αρ. πρωτ.: 9404

Προς: Συμμετέχοντες της  
υπ' αριθμ. πρωτ. 6228/02-03-2022  
Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

**Θέμα:** Διευκρινίσεις επί της με αρ. πρωτ. 6228/02-03-2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας κομποστοποίησης, αξιοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Αλίαρτο», στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας κομποστοποίησης, αξιοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Αλίαρτο» της Πράξης «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με Κωδ. ΕΛΚΕ 108.0002 και Κωδ. ΟΠΣ 5047106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

### Ερώτημα:

A. Συμβατές προδιαγραφές για το Τμήμα 6 ποια ισχύει;

1. Ψηφιακή ψυχόμενη επιτραπέζια φυγόκεντρος ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρωσης 400ml (4x100ml), 28-32 σωληναρίων των 15ml.

B. Να προσφερθεί με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

35. Οριζόντια, αρθρωτή κεφαλή για 4 θέσεις δοχείων έως 200 ml.

Γ. οι παρακάτω προδιαγραφές είναι πλεονάζουσες

33. Η φυγόκεντρος να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας και Κατασκευής και ακτινοβολίας : EN 61010 part 1 & 2, EN 55011, VBG 1, VBG 4, VBG7Z, VBG 20, DIN 58970, BS 4402, EN/EC 61236-1 class B. # VBG 1, VBG 4, VBG7Z, VBG 20, προδιαγραφές που αφορούν και ισχύουν αποκλειστικά στην Γερμανία. # DIN 58970 Προδιαγραφή του 1996 από τον οργανισμό DIN <https://standards.globalspec.com/std/336130/din-58970-1>. # BS 4402 Προδιαγραφή του 1982 από τον Βρετανικό οργανισμό BSI

Όλοι οι παραπάνω κανονισμοί ασφαλείας και κατασκευής υπερκαλύπτονται πλέον από τους ισχύοντες κανονισμούς, νόρμες και ντιρεκτίβες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (CE)

**Απάντηση:**

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με αρ. πρωτ. 6228/02-03-2022, η τεχνική προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α΄ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται για το Τμήμα 6: Μία (1) Συσκευή Φυγόκεντρου Ψυχόμενη. Συνεπώς:

Σχετ. με ερωτήματα Α και Β

Στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εκτός από την κεφαλή ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρωσης 400ml (4x100ml), που μπορεί να δέχεται συνολικά 28-32 σωληνάρια των 15ml (6-8 σωληνάρια ανά άρθρωση), αλλά και οριζόντια, αρθρωτή κεφαλή για 4 θέσεις δοχείων συνολικού όγκου έως 200 ml (4 σωληνάρια των 50 ml)."

Σχετ. με ερώτημα Γ

Η προσφορά δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τις απαιτήσεις του πίνακα συμμόρφωσης για το Τμήμα 6 και συγκεκριμένα του α/α 33.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΓΠΑ**

**ΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ**

**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ**